

吸收性局所止血材 **PuraStat®**

ピュアスタッフ®

3DM Insights : Case Report vol.10

進行性大腸がんに対するピュアスタッフを用いた止血



医療法人徳洲会 武藏野徳洲会病院
消化器内科 部長

西元 史哉 先生

診断 下行結腸がん

患者背景 ▶ 78才 男性

- 治療内容**
1. 貧血精査で下部消化管内視鏡検査施行した。
 2. 下行結腸に進行2型大腸がんを確認した。
 3. 腫瘍は全周性であり、内視鏡は口側に通過せず、接触出血を生じた。
 4. 同部位を2箇所生検し、出血を生じた。
 5. 腫瘍全体、特に内視鏡との接触部位および生検出血部位を覆うようにピュアスタッフ3mlを塗布した。
 6. 止血を確認し終了した。

術後経過 生検後出血は生じず、後日左半結腸切除術を施行した。




Fig.1 進行2型大腸癌




Fig.2 接触出血および
生検時出血



Fig.3 ピュアスタッフ散布



Fig.4 止血された状態

Tips

- ▶ 腫瘍全体特に、内視鏡接触出血および生検出血部位を覆うように直接散布した。
- ▶ 敷布前に充分腸液、血液を吸引し敷布時にも充分脱気を行った。
- ▶ 数分で止血効果が得られた。
- ▶ 塗布後は吸引をなるべく控え、液状ゲルの停滞を促した。
- ▶ 腫瘍潰瘍底が重力側に位置するように、体位変換を行った。
- ▶ 良好な視野が確保できる本製剤であるが、出血部位に拘らず画面奥側から散布することでさらに計画的な散布になる可能性がある。



- 使用所感**
- ▶ 大腸悪性腫瘍の内視鏡接触出血、生検出血などのoozingには数分で止血効果が得られる。
 - ▶ 大腸狭窄部位の管腔内でも良好な視野が確保した。

ピュアスタッフ[®]

医療機器承認番号:30200BZX00236000

医療用品(4) 整形用品

高度管理医療機器

吸収性局所止血材 JMDNコード:35895100

【禁忌・禁止】

<適用対象(患者)>

- ペプチド製剤又はタンパク質製剤に対し、過敏症の既往歴がある者

<適用対象(部位)>

- 血管内への適用【塞栓を引き起こす恐れがあるため。】

<使用方法>

- 再使用禁止

- 再滅菌禁止【臨床使用における再滅菌を意図しておらず、また、本品は熱で劣化する可能性があるため。】

【形状・構造及び原理等】

本品はプレフィルドシリジング形態の止血材で、澄明なペプチド水溶液がシリジングに充てんされた後、エチレンオキサイド滅菌されている。

本品は、血液等の体液との接触により、ペプチド水溶液(酸性)が中性化されるもしくは塩が供給されることで、β構造を有するペプチド分子が水溶液中でファイバー形成し、ペプチドハイドロゲルとなる。このペプチドハイドロゲルが速やかに出血点を被覆することで止血する。



【使用目的又は効果】

消化器内視鏡治療における漏出性出血に対して、止血鉗子による焼灼回数の低減を目的として使用される吸収性局所止血材である。

【使用方法等】

1. 使用前

使用前にパッケージとシリジングに破損及び液漏れ等がないことを確認する。何らかの破損等が認められる場合は使用を止める。

2. 使用方法

- 血液をできる限り除去する。
- 本品を消化器内視鏡用カテーテルに接続し、経カテーテル的に出血部に適当な量を塗布し、止血が完了するまで本品の塗布を数回繰り返す。
- 止血後、余剰分のペプチド水溶液を必要に応じて除去する。

3. 使用後

余剰分は容器とともに廃棄する。

<使用方法等に関する使用上の注意>

- 最大使用量20mLを超えて使用しないこと(20mL以上使用した時の安全性は確認されていない)。

【使用上の注意】

<使用注意(次の患者又は部位には慎重に使用すること)>

- 本品にて止血を得られなかった場合には、速やかに止血鉗子等の代替止血処置にて止血すること。
- 本品を抗凝固剤服用患者に使用する際には、慎重に使用すること。
- 脾液及び胆汁の漏出を伴う部位においては、有効性及び安全性が確認されていないため、慎重に使用すること。

<重要な基本的注意>

- 拍動性及び噴出性出血には使用しないこと(有効性及び安全性が確認されていない)。
- 本品を血液凝固不全に対する主たる止血材として使用しないこと。
- 本品の使用の際、汚染しないよう十分注意すること。
- 開封後は汚染防止のため速やかに使用すること。
- 使用に際しては無菌的に取扱うこと。
- 本品のゲル化にてカテーテルが詰まつた場合は、体内よりカテーテルを抜き取りガーゼ等で本品を除去し、必要に応じてフラッシングを行い、詰まりがないことを確認し使用すること。

<不具合・有害事象>

本品の使用に伴い、以下のような不具合・有害事象の可能性がある。
但しこれに限定されるものではない。

- 尿酸値上昇
- 肝機能異常(AST、ALT、ALP)
- 本品の低pHに起因する炎症、又は血球成分の障害
- 本品に起因する血栓塞栓症

<妊娠・産婦・授乳婦及び小児等への適用>

妊娠中の使用あるいは小児等に関する安全性は確立していないため、妊娠又は妊娠している可能性のある婦人、若しくは小児等には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合のみ使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法:冷蔵保存(2~8°C)

有効期間:エチレンオキサイド滅菌品 3年

ガムマ線滅菌品 1年6箇月

(使用期限は包装に表示)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元:株式会社スリー・ディー・マトリックス

住所:東京都千代田区麹町3-2-4 麹町HFビル

電話番号:03-3511-3440



※廃棄は医療用産業廃棄物として自治体の廃棄処理方法に従い廃棄する。

※本ページの注意事項等情報等は、電子化された添付文書の抜粋であり、内容については電子化された添付文書を優先する。

電子化された添付文書



株式会社スリー・ディー・マトリックス

住所:〒102-0083 東京都千代田区麹町3-2-4 麹町HFビル
電話番号:03-3511-3440

3D MATRIX
MEDICAL TECHNOLOGY